

Campinas, 07 de dezembro de 2023.

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CELSO RAMOS
CELSO RAMOS – SC

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023

Objeto: A presente licitação tem por objeto a: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRICIA, CARDIOLOGIA E VASCULAR, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.**

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem **tempestivamente** solicitar revisão do Edital, referente ao **ANEXO I – Termo de Referência / Especificações do Objeto - ITEM 01 – ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRÍCIA, CARDIOLOGIA E VASCULAR**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alteração:

Onde se lê: tela do tipo "touch screen e estilo tablet com pelo menos 12 polegadas.

Um (1) transdutor convexo com faixa de frequência de 1 a 5 MHz; com tecnologia de cristais puros e com abertura mínima de 110°

- **Alterar para:** tela do tipo "touch screen e estilo tablet com pelo menos 8.4 polegadas.
Um (1) transdutor convexo com faixa de frequência de 1 a 5 MHz; com tecnologia de cristais puros e com abertura mínima de 70°
- **Justificativa:** Da nova forma escrita, possibilita que cada empresa oferte solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho nas aplicações clínica. E, permite aumentar a participação de fornecedores no processo exercendo maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

Onde se lê: Faixa dinâmica de no mínimo 260 dB;

- **Alterar para:** Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB;
- **Justificativa:** A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui, 210 dB garantem um padrão excelente de imagem, com 256 tons na escala de cinza.
Os equipamentos de ultrassom atuais possuem diversos softwares de melhoramento de imagem em comparação com equipamentos antigos onde a imagem era mais "pura", sendo assim podemos afirmar que um equipamento com número inferior de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que equipamentos com números mais elevados, justamente pela presença desses softwares. Nossos equipamentos Canon Medical possuem uma das melhores imagens do mercado pela presença do Software Speckle Reduction (redução de ruído/artefato) que diminui o nível de ruído e permite visualizar com clareza e definir pequenas estruturas. Perante isto, afirmamos que a alteração acima não trará nenhum prejuízo ao Órgão.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de revisão das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP